



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

**ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД  
МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТІВ**

38754, Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Мачухи, вул. Шевченка, 1А, ЄДРПОУ 41301870,  
р/р UA 213052990000026007021208735 в АТ КБ «Приватбанк» м. Полтава, МФО 331401  
сайт: [medoborudovanie.com](http://medoborudovanie.com) e-mail: [natalya.reklama82@gmail.com](mailto:natalya.reklama82@gmail.com) [pz\\_moi@ukr.net](mailto:pz_moi@ukr.net)  
тел./Viber/ Telegram 050 633 59 50 WhatsApp 097 176 85 20; 066 032 94 21

**Комерційна пропозиція**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів», як виробник обладнання, пропонує **стерилізатор плазмовий низькотемпературний НПС-145П за ціною 3350 000,00 (три мільйони триста п'ятдесят тисяч) грн. 00 коп.\***

**До ціни включено витрати:**

- на доставку обладнання (транспортування),
- на виконання монтажу сертифікованими інженерами,
- налагодження та введення в експлуатацію,
- інструктаж медичного та технічного персоналу.

**Рік виготовлення пристрою – 2025 р.**

**Гарантійний термін експлуатації – 12 (дванадцять) місяців з дня введення в експлуатацію.**

**Строк поставки – обговорюється.**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів», як виробник обладнання, **гарантує:**

- що **доставка** запропонованого обладнання, **інсталяція** та **пуск обладнання** кваліфікованими спеціалістами, **навчання (інструктаж) персоналу** буде проведено **за рахунок та силами Постачальника у строки, встановлені договором з Замовником;**
- що **введення в експлуатацію** медичного обладнання буде здійснено сертифікованими спеціалістами виробника, які мають відповідні знання та навички;
- **гарантійне та післягарантійне обслуговування** обладнання кваліфікованими інженерами;
- **гарантує забезпечення постійної методичної підтримки персоналу, який працюватиме з обладнанням.**

***\*потрібно зв'язатися з менеджером для уточнення!!***

*Ми із задоволенням надамо Вам додаткову інформацію та очікуємо на підтвердження замовлення*

**Директор**

**ТОВ «Полтавський завод  
медичного обладнання та інструментів»**



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

**ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД  
МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТІВ**

38754, Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Мачухи, вул. Шевченка, 1А, ЄДРПОУ 41301870,  
р/р UA 213052990000026007021208735 в АТ КБ «Приватбанк» м. Полтава, МФО 331401  
сайт: [medoborudovanie.com](http://medoborudovanie.com) e-mail: [natalya.reklama82@gmail.com](mailto:natalya.reklama82@gmail.com) [pz\\_moi@ukr.net](mailto:pz_moi@ukr.net)  
тел./Viber/ Telegram 050 633 59 50 WhatsApp 097 176 85 20; 066 032 94 21

**Стерилізатор плазмовий низькотемпературний НПС-145П  
– Plasma low-temperature sterilizer NPS -145P**



призначений для стерилізації виробів медичного призначення, хірургічних інструментів, ендоскопів, катетерів та іншого обладнання шляхом обробки парами перекису водню  $H_2O_2$  та плазмою при низькій температурі.

Стерилізація виробів, нестійких до високої температури і вологості.

Стерилізоване обладнання готове до використання негайно після процесу стерилізації.

|                                               |                             |                                                                              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Об'єм стерилізаційної камери, дм <sup>3</sup> |                             | 145                                                                          |
| Розміри стерилізаційної камери, мм            | Довжина                     | 810                                                                          |
|                                               | Ширина                      | 450                                                                          |
|                                               | Висота                      | 400                                                                          |
| Стерилізаційна камера                         |                             | Прямокутної форми з високолегованої нержавіючої сталі товщиною не менше 3 мм |
| Кількість полиць                              |                             | 1 (за замовленням більше)                                                    |
| Температура стерилізації                      |                             | Від 50°C до 60 °C                                                            |
| Об'єм вакууму                                 |                             | Від 760 мм рт. ст. до 0,5 мм рт. ст.                                         |
| Режими стерилізації та їх                     | Стандартна стерилізація     | ≈ 52                                                                         |
|                                               | Стерилізація з прогріванням | ≈ 62                                                                         |
|                                               | Стерилізація поверхні       | ≈ 24                                                                         |

|                                                                                                                                                     |                             |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| тривалість, хв                                                                                                                                      | Розширена стерилізація      | ≈ 65                                                               |
| Розчин для стерилізації                                                                                                                             |                             | Перекис водню $H_2O_2$ (50%)                                       |
| Витрати $H_2O_2$ за один цикл стерилізації                                                                                                          |                             | не більше 5 мг                                                     |
| Рід струму                                                                                                                                          |                             | Змінний трифазний                                                  |
| Номінальна напруга                                                                                                                                  |                             | Вхідна: 230 В, 50 Гц                                               |
| Споживана потужність                                                                                                                                |                             | 4 кВт                                                              |
| Генератор плазми                                                                                                                                    | Номінальна напруга, вхідна  | Одна фаза, 230 В                                                   |
|                                                                                                                                                     | Номінальна напруга, вихідна | 15 000 В                                                           |
|                                                                                                                                                     | Частота                     | 20 кГц                                                             |
| Розміри                                                                                                                                             | Довжина, мм                 | 960                                                                |
|                                                                                                                                                     | Ширина, мм                  | 815                                                                |
|                                                                                                                                                     | Висота, мм                  | 1210                                                               |
|                                                                                                                                                     | Вага, кг                    | 350                                                                |
| Зовнішні панелі виготовлені                                                                                                                         |                             | з оцинкованої сталі з полімерним покриттям або з нержавіючої сталі |
| Автоматичне керування роботою стерилізатора                                                                                                         |                             | відповідність                                                      |
| За потреби споживача режими стерилізації можуть бути змінені                                                                                        |                             | наявність                                                          |
| Повністю автоматичний пристрій, кнопочове і сенсорне управління, легкий моніторинг інформації про цикл                                              |                             | наявність                                                          |
| Автоматична система сигналізації                                                                                                                    |                             | наявність                                                          |
| Термопринтер вбудований (параметри циклу та ін.)                                                                                                    |                             | наявність                                                          |
| Сигналізація та відображення помилок                                                                                                                |                             | наявність                                                          |
| Світлова та звукова сигналізація щодо закінчення стерилізації                                                                                       |                             | наявність                                                          |
| Гарантійний термін експлуатації, міс                                                                                                                |                             | 12                                                                 |
| Післягарантійне обслуговування                                                                                                                      |                             | за домовленістю                                                    |
| Строк експлуатації                                                                                                                                  |                             | не менше 10 років                                                  |
| Рік виготовлення не раніше                                                                                                                          |                             | 2025                                                               |
| <b>Наявність документації:</b>                                                                                                                      |                             |                                                                    |
| ➤ <b>Керівництво з експлуатації</b>                                                                                                                 |                             |                                                                    |
| ➤ <b>Сертифікат відповідності вимогам Технічного Регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМ України від 02.10.2013 року №753</b> |                             |                                                                    |
| ➤ <b>Декларація про відповідність медичних виробів</b>                                                                                              |                             |                                                                    |
| ➤ <b>Сертифікат відповідності системи управління якістю, відповідно вимог ДСТУ EN ISO 13485:2018</b>                                                |                             |                                                                    |