



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

**ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД
МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТІВ**

38754, Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Мачухи, вул. Шевченка, 1А, ЄДРПОУ 41301870,
р/р UA 213052990000026007021208735 в АТ КБ «Приватбанк» м. Полтава, МФО 331401
сайт: medoborudovanie.com e-mail: natalya.reklama82@gmail.com pz_moi@ukr.net
тел./Viber/ Telegram 050 633 59 50 WhatsApp 097 176 85 20; 066 032 94 21

Комерційна пропозиція

Товариство з обмеженою відповідальністю «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів», як виробник обладнання, пропонує **стерилізатор паровий СП ГК-100 за ціною 376 500,00 грн. (триста сімдесят шість тисяч п'ятсот) грн.00 коп.***

До ціни включено витрати:

- на доставку обладнання (транспортування),
- на виконання монтажу сертифікованими інженерами,
- налагодження та введення в експлуатацію,
- інструктаж медичного та технічного персоналу.

Рік виготовлення пристрою – не раніше поточного року.

Гарантійний термін експлуатації – 12 (дванадцять) місяців з дня введення в експлуатацію.

Термін поставки – за домовленістю.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів», як виробник обладнання, **гарантує:**

- що **доставка** запропонованого обладнання, **встановлення** кваліфікованими спеціалістами, **інсталяція** та **пуск** обладнання, **навчання (інструктаж) персоналу** буде проведено **за рахунок та силами** Постачальника у строки, встановлені договором з Замовником;
- що **введення в експлуатацію** медичного обладнання буде здійснено сертифікованими спеціалістами виробника, які мають відповідні знання та навички;
- **гарантійне та післягарантійне обслуговування** обладнання кваліфікованими інженерами;
- **гарантує забезпечення постійної методичної підтримки персоналу**, який працюватиме з обладнанням.

****потрібно зв'язатися з менеджером для уточнення!!***

Ми із задоволенням надамо Вам додаткову інформацію та очікуємо на підтвердження замовлення

Директор

**ТОВ «Полтавський завод
медичного обладнання та інструментів»**



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

**ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД
МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТІВ**

38754, Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Мачухи, вул. Шевченка, 1А, ЄДРПОУ 41301870,
р/р UA 213052990000026007021208735 в АТ КБ «Приватбанк» м. Полтава, МФО 331401
сайт: medoborudovanie.com e-mail: natalya.reklama82@gmail.com pz_moi@ukr.net
мел./Viber/ Telegram 050 633 59 50 WhatsApp 097 176 85 20; 066 032 94 21

Стерилізатор паровий СП ГК-100

призначений для стерилізації насиченою водяною парою під надлишковим тиском виробів медичного призначення з металу (хірургічні інструменти тощо), скла (лабораторний посуд тощо), гуми (хірургічні рукавички тощо), виробів із текстильних матеріалів (хірургічна білизна тощо), лігатурного та шовного матеріалу, а також іншого медичного приладдя, вплив пари на яке не спричиняє змін його функціональних властивостей. Також призначений для стерилізації закритих контейнерів, посудин із рідинами та розчинами (за окремим замовленням).



Особливості

Стерилізаційна камера виготовлена з корозійностійкої сталі AISI 321, товщиною стінки 3 мм;

Парогенератор виготовлений з корозійностійкої сталі AISI 321, товщиною стінки 3 мм;

Трубопроводи, що працюють під тиском виготовлені з корозійностійкої сталі AISI 304;

Зовнішні панелі виготовлені з оцинкованої сталі з полімерним покриттям, із гарантованим строком захисту панелей не менше 10 років.

****На замовлення зовнішні панелі - із нержавіючої сталі***

Технічні характеристики

Стерилізатор непрохідного типу	Відповідність
Горизонтальне розміщення стерилізаційної камери	Відповідність
Парогенератор (включно з кришкою ТЕНів) виготовлений з високолегованої нержавіючої сталі AISI 321	Відповідність
Кришка ТЕНів виготовлена з нержавіючої сталі AISI 321 товщиною, не менше 10 мм	Відповідність
Стерилізаційна камера виготовлена з високолегованої нержавіючої сталі AISI 321 товщиною, не менше 3 мм	Відповідність
Зовнішні панелі виготовленні з оцинкованої сталі з полімерним покриттям, що забезпечує їх експлуатацію не менше 10 років без появи видимих дефектів	Відповідність

Всі водопарові трубопроводи, що працюють під тиском, виготовлені з високолегованої нержавіючої сталі AISI 304	Відповідність
Кріплення траверси кришки стерилізатора змонтовані на конічних підшипниках	Відповідність
Конденсатор виготовлено по типу трубчатого теплообмінника, з гарантованою якістю вакуумування 10 років	Відповідність
Наявність системи контролю рівня рідини з можливістю зміни чутливості датчиків	Відповідність
Керування режимами здійснюється за показниками температури в парогенераторі	Відповідність
Точність керування режимами стерилізації не гірше $+1^{\circ}\text{C}$	Відповідність
Функція вакуумного тестування герметичності камери (вакуум-тест)	Наявність
Можливість одночасного контролю тиску в парогенераторі та стерилізаційній камері	Відповідність
Можливість перепрограмування режимів стерилізації оператором	Відповідність
Попереднє видалення повітря з камери методом гравітаційної продувки	Відповідність
Вакуумне сушіння простерилізованих виробів здійснюється за допомогою конденсатора	Відповідність
Використання в парогенераторі мідних ТЕНів з латунними штуцерами	Відповідність
Залишкова вологість текстильних матеріалів не більше ніж 1%	Відповідність
Можливе ручне заливання води в парогенератор (заливна горловина входить в комплект поставки)	Відповідність
Кран для заливу води в парогенератор з лівої сторони обладнання	Наявність
Панель керування процесами стерилізації, манометр, мановакуумметр розміщені з лівої сторони автоклава <i>(обумовлено зручністю обслуговування і гарантує сто відсотковий захист оператора від попадання перегрітого пару $t-132^{\circ}\text{C}$ на обличчя та руки при аварійному розриві, втраті своєї герметичності ущільнення стерилізаційної камери)</i>	Наявність
Фільтр бактеріальної очистки повітря 0,3 мкм	Наявність
Напрацювання на відмову - не менше, циклів	3000
Об'єм стерилізаційної камери	100 дм^3
Діаметр, глибина стерилізаційної камери	400 x 850 мм
Висота завантаження	950 мм
1 режим ($t^{\circ}\text{C}$ — хв. — МПа) 132 — 20 — 0,2	Відповідність
2 режим ($t^{\circ}\text{C}$ — хв. — МПа) 120 — 45 — 0,11	Відповідність
3 режим - вільного програмованого режиму стерилізації в межах ($t^{\circ}\text{C}$ — хвил. — МПа) 105...134 – 5...180 – 0,05...0,22 <i>згідно з Додатком 5 до ДСН «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів у закладах охорони здоров'я» затверджених Наказом МОЗ України №552 від 11.08.2014 року та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від</i>	105...134 – 5...180 – 0,05...0,22

3.09.2014 р. за № 1067/25844	
Кожен із режимів можна змінити оператором в межах (t°C — хв. — МПа) 105...134 – 5...180 – 0,05...0,22	Відповідність
Функція вакуумного тестування герметичності камери (вакуум-тест)	Наявність
Потужність не більше	12 кВт
Продуктивність вбудованого парогенератора	16 кг/год пари
Напруга	380 В
Габаритні розміри (Д х Ш х В) - 1200±50 х 650±50 х 1400±50 мм	Наявність
Маса не більше	200 кг
Середній повний термін служби до списання стерилізатора не менше	10 років
Загальна гарантія на устаткування	12 місяців
Рік виготовлення - не раніше поточного року	Відповідність
Оригінал або копія Гарантійного листа виробника яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів у кількості, якості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів, повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі	Наявність
Наявність документації:	
- Керівництво з експлуатації	
- Паспорт посудини, що працює під тиском	
- Сертифікат відповідності вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 року №753	
- Декларація про відповідність медичних виробів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 №753	
- Сертифікат оцінки відповідності вимогам Технічному регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 №27	
- Декларація про відповідність вимогам Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 №27	
- Сертифікат відповідності системи управління якістю вимогам ДСТУ EN ISO 13485:2018	
- Сертифікат відповідності системи управління якістю вимогам ДСТУ EN ISO 9001:2018	
- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи про відповідність встановленим медичним критеріям безпеки на продукцію, стерилізатор паровий	
- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на документ, за яким виготовляється обладнання	
- Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	
- Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки	
- Дозвіл на застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	
- Керівництво з експлуатації	